



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

Серия Е

№ 002680



СВИДЕТЕЛЬСТВО

**о признании утверждения типа
средств измерительной техники**

№ UA-MI/Зр-974-2015

Выдано 23 декабря 2015 г.

Настоящее свидетельство, выданное ООО "МНПП "Электроприбор", Республика Беларусь, удостоверяет, что на основании "Соглашения о взаимном признании результатов государственных испытаний, утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений, а также результатов аккредитации лабораторий, осуществляющих испытания, поверку или калибровку средств измерений", подписанного 6 декабря 2006 г. Госпотребстандартом Украины, признаны результаты государственных испытаний и утверждения типа устройств измерительных ЦП8512, проведенных Госстандартом Республики Беларусь.

Устройства измерительные ЦП8512 на основании решения Министерства экономического развития и торговли Украины зарегистрированы в Государственном реестре средств измерительной техники под номером РБ 03 13 2301 12.

Устройства измерительные ЦП8512 подлежат поверке или калибровке после ремонта и в эксплуатации.

Межповерочный интервал, установленный при признании утверждения типа устройств измерительных, – 2 года, рекомендуемый межкалибровочный интервал – 2 года.

*Заместитель Министра
экономического развития и торговли Украины*



М.Е. Нефедов